

AKTIV KEREKESZÉK SPECIFIKÁCIÓ

Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, ha a beteg mentális és fizikai állapota alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára, az alábbi feltételek teljesülése esetén. Öregségi nyugdíj korhatár alatti életkorban, ha a jogosult - alap-, közép-, felsőfokú képzésben, átképzésben vesz részt, vagy - legalább rehabilitációs munkakörben foglalkoztatható, vagy - kiskorú gyermeket nevel, valamint képes standard kerekes székkal - önállóan legalább 150 méter megtételére, - manőverezésre (képes meghatározott távolságot adott időn belül megtenni, képes jobbra-balra kanyarodásra, előre-hátra menetre, tengely körüli fordulásra), - 3-5%-os emelkedő, lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent akadályt számára.

Felírási jogosultság: megyei rehabilitációs szakfőorvos, országos hatáskörű rehabilitációs intézmény rehabilitációs szakfőorvosa, a REP ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével.

Megjegyzés: aktív kerekes szék 18 év felett csak standard kerekes szék felírását követő második rendeléstől, vagy kölcsönzésből/ rehabilitáló intézmény által biztosított igazolt fél éves standard kerekes szék használatot követően lehetséges.

Aktív kerekesszék súlya az alapfelszereltséggel együtt: 14 kg alatt

Árban foglalt alapfelszereltség:

- **Váz** (összecsukható, vagy a háttámla az ülésre hajtható egy mozdulattal)
- Fel-le és előre-hátra helyezhető, esetenként döntött **2 db hátsó, nagykerék hajtókarikával**, amelyek vázra-vázról egy mozdulattal eltávolítható/felszerelhető (tömörgumi vagy légtömítő), mérete: 22"-24" között. A **hajtókarikák** felülete sima, vagy csúszásgátlós.
- **2 db első, bolygó kiskerék**. A kerekek felfüggesztésének dőlésszöge a vázhoz képest előre-hátra állítható. Tömör vagy légtömítő kivétel, mérete: 4"-7" között.
- Merevvázás kerekesszék esetén, ha nem állíthatók a hátsó nagykerék, akkor a súlypont állítása az ülőlap előre-hátra, le-fel mozgatásával történik. Ebben az esetben a két bolygó kiskerék-felfüggesztés dőlésszögének állíthatósága nem szükséges.
- **Ruhavédők**, amelyek a két hátsó nagykerék magasságához, ívéhez állíthatók.
- Állítható magasságú osztott vagy egybe **lábtartólap**
- **2 db fék**, amely használat közben (nagykerék hajtása, átülés, visszaülés) nem gátolja a használatot.
- **Háttámla** (feszessége állítható), magassága 25-45 cm, szükség esetén magasabb
- **Ülés** különböző méretben (beülő szélesség és beülő mélység)
- Az eszköz, a tartozékok és felszerelések **anyaga** olyan, hogy **ellenáll** a rendeltetészerű használat, valamint a tisztítás, fertőtlenítés fizikai és kémiai hatásoknak a hivatalos kihordási idő teljes ideje alatt.