

HU-Budapest: Szívritmus-szabályozó

2009/S 222-319404

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Váci út 73/A., Kapcsolattartó Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, HU-1139 Budapest. Tel. +36 12982508. E-mail kozbeszerzes@oep.hu, szobota.a@oep.hu. Fax +36 12982507.

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.oep.hu.

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik. Egészségügy.

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Pacemaker beszerzés 2010.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:

Árubeszerzés.

Adásvétel.

A teljesítés helye: Az ajánlati dokumentációban meghatározott egészségügyi intézmények.

NUTS-kód: HU.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:

Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Szállítási szerződés pacemakerek, implantálható cardioverter defibrillátorok és elektródák szállítására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

33182210, 33182100, 33182240.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:

Igen.

II.1.8) **Részekre történő ajánlattétel:**

Igen.

Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9) **Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:**

Nem.

II.2) **SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR**

II.2.1) **Teljes mennyiség:**

Pacemaker: 5 820 db.

Implantálható cardioverter defibrillátor: 1 040 db.

Elektróda: 6 100 db.

A beszerzés mennyisége terméksoronként -50 %-kal eltérhet a rendelkezésre álló fedezet és az árajánlatok függvényében.

II.2.2) **Vételi jog (opció):**

Igen.

A vételi jog leírása: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt mennyiségek vonatkozásában +50 %-ig terjedő mértékben kiköti az opció lehetőségét változatlan vételáron és változatlan szerződéses feltételek szerint azzal, hogy ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával jogosult gyakorolni a szerződés hatályát megelőző 30 nappal.

Az esetleges meghosszabbítások száma: és között.

II.3) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:**

Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva).

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA 1

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Együregű szívingerlő /SSICO üzemű/ készülék.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

1 800 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 2

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Együregű szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

1 400 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 3

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ pacemaker.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182210.
- 3) **MENNYISÉG:**
390 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 4

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182210.
- 3) **MENNYISÉG:**
180 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 5

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű egyelektrodás /VDDRO üzemű/ pacemaker. (A készülék kétüregű egy elektrodás P hullám vezérelt kamraingerléses.).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182210.
- 3) **MENNYISÉG:**
500 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 6

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182210.
- 3) **MENNYISÉG:**
200 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 7

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű AV szekvenciális, digitális jelfeldolgozású /DDDCO üzemű/ pacemaker AF prevencióval.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

200 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 8

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

400 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 9

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék fiziológias szenzorral.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

500 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 10

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T).

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

200 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 11

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

30 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 12

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal csecsemők és kisgyermek részére.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182210.

3) **MENNYISÉG:**

20 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 13

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek részére.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182100.

3) **MENNYISÉG:**

10 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 14

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182100.

3) **MENNYISÉG:**

280 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 15

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182100.

3) **MENNYISÉG:**

180 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 16

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
40 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 17

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
50 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 18

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
130 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 19

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
80 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 20

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
180 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 21

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
50 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 22

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182100.
- 3) **MENNYISÉG:**
40 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 23

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Standard pitvari elektródák felnőttek részére.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
1 500 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 24

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

MR kompatibilis pitvari és kamrai elektróda pár.

- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
300 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 25

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Standard kamrai elektródák felnőttek részére.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
800 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 26

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Septális kamrai elektródák felnőttek részére.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
1 500 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 27

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Speciális endocardiális (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
920 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 28

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Kamrai speciális VDD single lead elektródák (méret intézeti rendelésre).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.

- 3) **MENNYISÉG:**
450 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 29

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Epi-myocardialis fixációs elektródák (szívműtétekhez).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
20 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 30

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Epi-myocardialis fixációs bipoláris elektródák (szívműtétekhez).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
40 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 31

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Standard bipolaris pitvari és kamrai elektróda pár csecsemők és kisgyermek részére.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
20 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 32

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Speciális endocardialis bipoláris aktív fixációs elektródák csecsemők és kisgyermek részére.
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
10 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 33

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Epi-myocardialis bipolaris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek részére.

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182240.

3) **MENNYISÉG:**

10 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 34

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Bal kamrai unipoláris over the wire (OTW) elektródák beépített aktiválható és deaktiválható fixációs mechanizmussal nagy vénákra és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182240.

3) **MENNYISÉG:**

20 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 35

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Bal kamrai over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182240.

3) **MENNYISÉG:**

180 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 36

1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**

Bal kamrai over the wire (OTW) elektródák külső felületén szilikon menetes szerkezetű, ingerelhető vezetődrróttal és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**

33182240.

3) **MENNYISÉG:**

90 db.

4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**

5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 37

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Bal kamrai over the wire (OTW) elektródák bipoláris és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
80 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 38

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
40 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

A RÉSZ SZÁMA 39

- 1) **A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:**
Bal kamrai over the wire (OTW) (helikális-spirális) elektródák bipoláris/unipoláris és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).
- 2) **KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):**
33182240.
- 3) **MENNYISÉG:**
120 db.
- 4) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE:**
- 5) **TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:**

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi, hibás teljesítési, továbbá meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség, valamint a szerződést erősítő kötelemként a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő mértékű teljesítési biztosíték nyújtása a dokumentációban leírtak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A teljesítésekről (az átvevő intézmény által aláírt és bélyegzővel ellátott szállítólevél alapján) benyújtott (rész)számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a szerződésszerű teljesítéstől számított 30 napon belül. Előleg fizetésére nincs lehetőség.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlatukban nyilatkozniuk kell a következőkről: képviselő cég megjelölése, a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4) **Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:**

Nem.

III.2) **RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK**

III.2.1) **Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:**

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bek. szerinti erőforrást nyújtó szervezet, aki/amely a Kbt. 60. § (1) bek. a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,

— Nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10 % feletti alvállalkozó), vagy erőforrást nyújtó szervezet [a Kbt. 65. § (3) bek.] akinek tekintetében a Kbt. 61. § (1) bek. a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok állnak fenn, illetőleg nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,

— Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, és 10 % feletti alvállalkozója, továbbá erőforrást nyújtó szervezete, aki a Kbt. 62.§ (1) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

— Ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetének az ajánlatban a Kbt. 63. §-a alapján, valamint a Közbeszerzések Tanácsa (KÉ 111. szám, 23.9.2009.) tájékoztatója szerint kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy a Kbt. 60. § (1) bek. a)-h), továbbá a Kbt. 61. § (1) bek. a)-d), valamint a Kbt. 62. § (1) bek. pontjaiban foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn,

— A 61. § (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hiányát magyarországi bejegyzésű társaság esetében, az ajánlattételi határidőt megelőző 60. napnál nem régebbi keltű cégkivonat eredeti, vagy hitelesített másolati példányával kell igazolni,

— A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevő köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § és 61. § (1) bek. d) pontja szerinti kizáró okok alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 20. § (3) bek.-ben foglaltakra tekintettel a becsatolandó igazolások eredetben vagy hiteles másolatban egyaránt benyújthatók.

III.2.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:**

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégkivonatában szereplő valamennyi bankszámlájára vonatkozó számlavezető pénzügyintézetének az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata eredeti vagy hiteles másolatban szükséges arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó számláját, (megjelölve a bankszámlaszámot is) fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban előfordult-e sorban állás. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): — Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha cégkivonatában szereplő valamely számlavezető pénzügyintézetének az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeit nem teljesíti pontosan, számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás fordult elő. A fenti feltételnek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak külön-külön is meg kell felelniük. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. § (5) bek. az irányadó.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

— Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója adja meg az ajánlat benyújtását megelőző 36 hónapban végzett, pacemakerre/ ICD-re/ elektródára vonatkozó értékesítési adatait a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontjában megjelöltek alapján, legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, és az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, figyelemmel a Kbt. 68. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglalt igazolási módokra,

— Ajánlattevő csatolja be az általa forgalmazott pacemakerre/ ICD-re/ elektródára vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványt, illetve engedélyt, mely CE megfelelőségi jelölés esetén igazolja, hogy a megajánlott termék rendelkezik Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal,

— Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója igazolja nevük, végzettségük, szakmai önéletrajzuk, pontos elérhetőségük megadásával, és a gyakorlati tevékenységük részletes bemutatásával (a dokumentációban részletezettek szerint), valamint az ICD-k esetében a szakirányú vizsgabizonyítvány becsatolásával, hogy rendelkezik felsőfokú végzettségű, szakmai tapasztalattal (műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban valamint problémamegoldásban tényleges jártassággal) rendelkező szakemberekkel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha együtt nem rendelkeznek legalább egy, olyan Európai Unió kardiológiai centrumból származó eredeti vagy hiteles másolatú referenciával, mely tartalmazza a megajánlott termék megnevezését és igazolja, hogy a referenciát kiadó centrumban a megajánlott terméksor(ok) vonatkozásában, pacemaker/ ICD/ elektróda szállítására került sor az ajánlat benyújtását megelőző 36 hónapban,

— Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha a megajánlott termék nem rendelkezik CE megfelelőségi jelöléssel, és az ezt bizonyító Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal,

— Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik legalább kettő, felsőfokú végzettségű (orvos, vagy mérnök) minimálisan egyéves - a magyarországi szervizhátér biztosításához szükséges - szakmai tapasztalat (műtéti implantációban használt pacemaker, ICD és CRT készülék technikai és programozási feladataiban valamint problémamegoldásban tényleges jártasság) birtokában lévő, magyarul beszélő szakemberrel, akik a nap 24 órájában állandó magyarországi telefonos elérhetőséggel rendelkeznek. Továbbá ICD-t tartalmazó ajánlat esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megnevezett szakemberek nem rendelkeznek MKT-APM klinikai support licence vizsgával, vagy ESC/EHRA PM-ICD akkreditációs bizonyítvánnyal. Valamint kizárólag pacemaker és pacemaker elektródákat tartalmazó ajánlat esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megnevezett szakemberek nem vettek részt legalább 100 pacemakeres beteg implantációjában és 200 beteg után-követésében (clinical support tevékenység).

III.2.4) Fenntartott szerződések:

Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) **Az eljárás fajtája:**

Nyílt.

IV.1.2) **Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:**

IV.1.3) **Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:**

IV.2) **BÍRÁLATI SZEMPONTOK**

IV.2.1) **Bírálati szempontok:**

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszerződések:

1. Árszerződés. Súlyszám: 10.

2. Szakmai-minőségi szempontok. Súlyszám: 12.

IV.2.2) **Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:**

Nem.

IV.3) **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

IV.3.1) **Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:**

36-1620/2009.

IV.3.2) **Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:**

Előzetes összesített tájékoztató

Hirdetmény száma a HL-ben: [2009/S 92-132353](#), 14.5.2009.

IV.3.3) **A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertető (versenypárbeszéd esetében):**

A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.12.2009 - 10:00.

Kell-e fizetni a dokumentációért:

Ár: 25 000 HUF.

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevőknek annyszor 25 000 HUF + 25 % ÁFA összeget kell fizetniük a dokumentáció ellenértékéért, ahány terméksorban ajánlatot kívánnak adni.

A dokumentáció ellenértékét az OEP Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kérjük átutalni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni: "Pacemaker 2010".

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentáció átvehető személyesen, illetőleg a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltaknak megfelelően munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között az I.1) pontban megjelölt helyen. A dokumentáció átvételekor az átutalásról szóló bizonylatot be kell mutatni.

IV.3.4) **Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:**

17.12.2009 - 10:00.

IV.3.5) **Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:**

IV.3.6) **Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:**

Magyar.

IV.3.7) **Az ajánlati kööttség minimális időtartama:**

Időtartam napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) **Az ajánlatok felbontásának feltételei:**

Dátum: 17.12.2009 - 10:00.

Hely: OEP - 1139 Budapest, Váci út 73/A. II. em. 246. sz. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.

A Kbt. 80. § (2) bek. szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Igen.

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2010.08.01.

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:

Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosítja.
2. Az eredményhirdetés időpontja: 12.1.2010 (10:00). Helye: IV.3.8) pontban foglaltak szerint.
3. Szerződéskötés tervezett időpontja: 20.1.2010 (10:00).
4. A Kbt. 71. § (1) bek. b) alapján ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, továbbá ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 71. § (1) bek. a), c) pontjára, valamint a 71. § (3) bek.-re.
5. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át.
6. Az ajánlatnak közös ajánlattevők esetén tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaik és kötelezettségeik szabályozását, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.
7. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a Kbt. 70. §-ának megfelelően.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bek. alapján az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg.
9. Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
10. Ajánlatkérő a szerződésből eredő kötelezettség biztosítékeként a nyertes ajánlattevő részére - a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő mértékű - teljesítési biztosíték nyújtását írja elő a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontjában foglaltak szerint. Nyertes ajánlattevő köteles igazolni a teljesítési biztosíték nyújtásának megtörténtét ajánlatkérő részére az eredményhirdetést követő ötödik napon a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontjában meghatározottak szerint.
11. A részszerződésekre adható minimális pontszám 1 (egy), maximális pontszám 10 (tíz). Az ezen pontszámok közötti pontszám arányosítással kerül meghatározásra a dokumentációban foglaltak szerint.
12. Minden egyes terméksoron belül az lesz a nyertes Ajánlattevő, amelyiknek az adott terméksorra vonatkozó összesített pontszáma a legmagasabb.
13. Az ajánlat benyújtása - a Kbt. 59. §-a alapján - ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000 számú "OEP ellátási keretszámlára" történhet, mely bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást Ajánlattevők mellékeljék ajánlatukhoz!
14. A szakmai szempontok megbontása az alábbi:
Minden terméksor (1-39.) esetében:
I. Ár szempont: 10;
II. Szakmai-minőségi szempontok: 12, az alább részletezettek szerint

1. Terméksor: Együregű szívvingerlő /SSICO üzemű/ készülék.
 - Szavatosság ideje: 0,5,
 - Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek: 2,
 - Intracardiális jel: 1,
 - Élettartam: 2,
 - Frekvencia: 1,
 - Impulsus amplitúdó: 1,
 - Pitvari érzékenység: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 3.
2. Terméksor: Együregű szívvingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal.
 - Szavatosság: 0,5,
 - Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek: 2,
 - Élettartam: 2,
 - Frekvencia R üzemmódban: 1,
 - Impulsus amplitúdó: 1,
 - Szenzor programozható paramétereinek száma: 1,
 - Intracardiális jel: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 1.
3. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ pacemaker.
 - Szavatosság: 0,5,
 - Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek: 1,
 - Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 2,
 - Pitvari érzékenység bipolárisan: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 1,
 - Alsó és felső frekvencia határ: 0,5,
 - Impulsus amplitúdó: pitvar és kamra: 0,5,
 - AV késleltetés: 1,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 2.
4. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker.
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 3,
 - Tárolt EGM mennyisége (perc): 2,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,
 - AAI-DDD és AAIR-DDDR üzemmódváltást biztosító, vagy azzal egyenértékű.
Algoritmus: 3.
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 2,
 - Szavatosság: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5.
5. Terméksor: Kétüregű egyelektrodás /VDDRO üzemű/ pacemaker.
(A készülék kétüregű egy elektrodás P hullám vezérelt kamraingerléses).
 - Szavatosság: 0,5,

- Élettartam: 1,
 - Pitvari érzékenység: 2,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,
 - Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 2,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 1,
 - Alsó és felső frekvencia határ: 0,5,
 - Impulsus amplitúdó: pitvar és kamra: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 1.
6. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal.
- Hysteresis (frekvencia): 1,
 - Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 2,
 - Holter IEGM tárolási lehetőség: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 3,
 - Szavatosság: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Intracardiális jel: 1,
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 1,
 - Alsó és felső frekvencia határ: 0,5,
 - Impulsus amplitúdó: pitvar és kamra: 0,5,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 1.
7. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális, digitális jelfeldolgozású /DDDCO üzemű/ pacemaker AF prevencióval.
- Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Diagnosztikus paraméter mintavételének frekvenciája: 3,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,
 - AF prevenció algoritmus száma: 2,
 - Szavatosság: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 1,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 1.
8. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel.
- Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 3,
 - Diagnosztikus paraméter mintavételének frekvenciája: 2,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,
 - AAI-DDD üzemmódváltást biztosító, vagy azzal egyenértékű algoritmus: 3,
 - Szavatosság: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 1.
9. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék fiziológiás szenzorral.
- Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 3,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,

- Fiziológiás szenzor programozható paramétereinek száma: 2,
 - Szavatosság: 0,5,
 - Holter IEGM tárolási lehetőség: 1,
 - Telemetriás lehetőség: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 1,
 - Elektroda polaritás automatikus felismerése az elektroda csatlakoztatásakor: 1.
10. Terméksor: Atriobiventricularis pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás eszközzel (CRT-LV-T).
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 3,
 - Automatikus retrográd vezetés mérése: 1,
 - Beteg által indított IEGM Holter felvétel: 1,
 - Szavatosság: 1,
 - Intracardiális jel: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Antitachycardia programfunkciók száma: 2,
 - Alsó és felső frekvencia határ: 1,
 - Impulsus amplitúdó: pitvar, jobb kamra és bal kamra: 1.
11. Terméksor: Együregű szívingerlő /SSIRO üzemű/ készülék frekvencia válasszal újszülöttek és csecsemők részére.
- Méret szempont: 6,
 - Autocapture vagy azzal egyenértékű funkciók száma: 3,
 - Szavatosság: 1,
 - Intracardiális jel: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Frekvencia R üzemmódban: 0,5,
 - Impulsus amplitúdó: 0,5.
12. Terméksor: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal csecsemők és kisgyermek részére.
- Méret szempont: 6,
 - Autocapture, vagy azzal egyenértékű funkciók száma: 2,
 - Szavatosság: 0,5,
 - Ah/súlyarány: 0,5,
 - Szenzorok száma, vagy több szenzort szimuláló speciális algoritmus: 0,5,
 - Intracardiális jel: 0,5,
 - Intrinsic vezetést támogató algoritmus min. kamrai ingerlés elérésére: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 0,5,
 - Frekvencia nem R üzemmódban: 0,5,
 - Impulsus amplitúdó: pitvar és kamra: 0,5.
13. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal gyermekek részére.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Kondenzátor töltése alatt antitachycardia ingerlés: 1,

- Sokkelektroda impedancia mérése sokkleadás nélkül: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 0,5,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Hysteresis (frekvencia): 0,5,
 - Térfogat: 2,
 - Transztelefonos monitorozás és/vagy wireless programozás lehetősége: 2.
14. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlés: 2,
 - Sokkelektroda impedancia mérése sokkleadás nélkül: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,
 - Transztelefonos monitorozás és/vagy wireless programozás lehetősége: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - ERI alatti kondenzátor töltési idő: 1.
15. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,
 - Térfogat: 1,
 - Transztelefonos monitorozás és/vagy wireless programozás lehetősége: 2,
 - Kétüregű tachyarrhythmia detekció: 2.
16. Terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlés: 2,
 - Sokkelektroda impedancia mérése sokkleadás nélkül: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,
 - Transztelefonos monitorozás és/vagy wireless programozás lehetősége: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - ERI alatti kondenzátor töltési idő: 1,
 - Térfogat: 1.
17. Terméksor: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Pre-detekciós IEGM funkció: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,

- Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Hysteresis (frekvencia): 1,
 - Hysteresis (AV-delay), vagy azzal egyenértékű algoritmus: 1,
 - Transztelefonos monitorozás és/vagy wireless programozás lehetősége: 2,
 - ATP optimalizálás: 1.
18. Terméksor: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai ingerléssel, sokk elektródákkal.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 1,
 - Szavatosság: 1,
 - Pre-detekciós IEGM funkció: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Transztelefonos monitorozás és/vagy wireless programozás lehetősége: 1,
 - ATP optimalizálás: 2,
 - AAI-DDD üzemmódváltást biztosító, vagy azzal egyenértékű algoritmus: 3.
19. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal.
- Külön programozható csatornák száma: 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Automatikus riasztás (hangjelzés) programozható paramétereinek száma: 1,
 - Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció: 2,
 - Kábel nélküli telemetriás programozhatósági lehetőség: 2.
20. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) telemetria funkcióval CRT-D-T sokk elektródákkal.
- Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 1,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció: 2,
 - Maximális CRT megtartása változó AV-átvezetés esetén: 1,
 - Kamrai regularitás biztosítása PF-nél: 1,
 - Bipoláris bal kamrai érzékelés: 1,
 - Bifázisos sokkforma: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Remote follow up: 2.
21. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) impedancia méréssel, sokk elektródákkal.
- Külön programozható csatornák száma: 0,5,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 2,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 0,5,

- Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció: 1,
 - Kamrai regularitás biztosítása PF-nél: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Transthoracalis impedancia mérés programozható paramétereinek száma: 3,
 - Pítvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétereinek száma: 2.
22. Terméksor: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű optimalizációval, sokk elektródákkal.
- Külön programozható csatornák száma : 1,
 - Diagnosztikus és statisztikai paraméterek: 3,
 - Szavatosság: 1,
 - Holter-IEGM funkció: 1,
 - Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció: 2,
 - Kamrai regularitás biztosítása PF-nél: 1,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Pítvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétereinek száma: 2.
23. Terméksor: Standard pítvari elektródák felnőttek részére
- Bipolus távolság: 4,
 - Elektródafelület nagyság: 2,
 - Elektróda gyűrű felület: 1,
 - Elektródavég vastagsága: 3,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
24. Terméksor: MR kompatibilis pítvari és kamrai elektróda pár.
- Bipolus távolság: 3,
 - Elektródafelület nagyság: 3,
 - Szteroiddal bevontság: 2,
 - Elektródavég vastagsága: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
25. Terméksor: Standard kamrai elektródák felnőttek részére.
- Elektródafelület nagyság: 2,
 - Elektróda gyűrű felület: 1,
 - Elektródavég vastagsága: 5,
 - Bipolus távolság: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
26. Terméksor: Septális kamrai elektródák felnőttek részére.
- Ingerlési impedancia: 3,
 - Bipolus távolság: 2,
 - Elektródafelület nagyság: 2,
 - Elektróda gyűrű felület: 1,
 - Elektródavég vastagsága: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
27. Terméksor: Speciális endocardialis (aktív) fixációs elektródák felnőttek részére.

- Bipolus távolság: 3,
 - Elektrodavég vastagsága: 4,
 - Elektrodatest vastagsága: 3,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
28. Terméksor: Kamrai speciális VDD single lead elektródák (méret intézeti rendelkezésre).
- Különböző tip-pitvari sense távolság választék: 4,
 - Kamrai bipolus távolság: 2,
 - Bipoláris végű elektrodatest vastagsága: 4,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
29. Terméksor: Epi-myocardiális fixációs elektródák (szívműtétekhez).
- Elektroda vastagsága: 6,
 - Szavatosság: 2,
 - Szteroid bevonat: 3,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1.
30. Terméksor: Epi-myocardiális fixációs bipoláris elektródák (szívműtétekhez).
- Elektroda vastagsága: 6,
 - Szavatosság: 2,
 - Szteroid bevonat: 3,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1.
31. Terméksor: Standard bipoláris pitvari és kamrai elektródapár csecsemők és kisgyermekek részére.
- Bipolus távolság: 2,
 - Elektrodafelület nagyság: 2,
 - Elektrodavég vastagsága: 3,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1,
 - Elektrodatest vastagsága: 3.
32. Terméksor: Speciális endocardiális bipoláris aktív fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek részére.
- Elektrodatest vastagsága: 8,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1,
 - Bipolus távolság: 2.
33. Terméksor: Epi-myocardiális bipoláris fixációs elektródák csecsemők és kisgyermekek részére.
- Elektrodatest vastagsága: 4,
 - Elektroda hossza: 4,
 - Szteroid bevonat: 2,
 - Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,
 - Szavatosság: 1.
34. Terméksor: Bal kamrai unipoláris over the wire (OTW) elektródák beépített aktiválható és deaktiválható fixációs mechanizmussal nagy vénákra és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusió katéter).
- Elektrodafej vastagsága: 4,
 - Elektrodatest vastagsága: 2,
 - Diszlokációs gyakoriság: 3,

— Szteroiddal bevont elektródák száma: 1,

— Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,

— Szavatosság: 1.

35. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

— Elektródafej vastagsága: 4,

— Elektródatest vastagsága: 2,

— Diszlokációs gyakoriság: 3,

— Szteroiddal bevont elektródák száma: 1,

— Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,

— Szavatosság: 1.

36. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) elektródák külső felületén szilikon menetes szerkezetű, ingerelhető vezetődróttal és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

— Elektródafej vastagsága: 3,

— Elektródatest vastagsága: 2,

— Diszlokációs gyakoriság: 3,

— Szteroiddal bevont elektródák száma: 2,

— Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,

— Szavatosság: 1.

37. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) elektródák bipoláris és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

— Elektródafej vastagsága: 4,

— Elektródatest vastagsága: 2,

— Diszlokációs gyakoriság: 3,

— Szteroiddal bevont elektródák száma: 1,

— Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,

— Szavatosság: 1.

38. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) passzív fixációval rendelkező, bipoláris, nehezen kanülálható, kis vénákra alkalmas elektródák és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

— Elektródafej vastagsága: 4,

— Elektródatest vastagsága: 2,

— Diszlokációs gyakoriság: 3,

— Szteroiddal bevont elektródák száma: 1,

— Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,

— Szavatosság: 1.

39. Terméksor: Bal kamrai over the wire (OTW) (helikális-spirális) elektródák bipoláris/unipoláris és kiegészítő eszközei (introducer, sinus coronarius és véna occlusiós katéter).

— Elektródafej vastagsága: 3,

— Elektródatest vastagsága: 1,

— Diszlokációs gyakoriság: 2,

— Szteroiddal bevont elektródák száma: 1,

— Fluoroscopiás marker száma: 3,

— Szerviz megkezdésének ideje a bejelentéstől: 1,

— Szavatosság: 1.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:**VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:**

16.11.2009.