



## Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Beszerezési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

1139 Budapest, Váci út 73/a Postacím: 1565 Budapest

Telefon: (1) 298-25-09 Telefax: (1) 298-25-07



Iktatószám: F042/36-38/2016.

Hiv. sz.: -

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II.

Ügyintéző: Hellné dr. Varga Anita (1) 350-2001/3244

Melléklet: -

### Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő által a „Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó pacemaker és implantálható kardioverter-defibrillátor eszközök és elektródák 2016. szeptember 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra történő beszerzése hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás keretében, 6 részben” tárgyban indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárásban – határidőben – kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett.

**A beérkezett kérdésekre a választ az alábbiak szerint adjuk meg a Kbt. 56. §-ában foglaltak alapján:**

**5. terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal esetén.**

**Pontozási szempontok:**

#### 1. kérdés

Sokkelektroda impedancia mérése sokkleadás nélkül (db)	1	A legtöbb automatikus sokkelektroda impedancia mérés lehetőséget ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet.
--	---	---

**Kérjük, pontosítsák, hogy mit értenek pontosan ezalatt a pontozási szempont alatt! Az automatikus mérés gyakoriságát, a mérés beállításához használt paraméterek számát, esetleg a paraméterek kombinációinak számát?**

Válasz: A sokkezelés nélküli sokkelektroda impedancia mérés megítélete és gyakorisága kerül értékelésre ezen paraméter alatt.

## 2. kérdés

Wireless programozás lehetősége (db)	1	A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet.
--------------------------------------	---	---

Kérjük, pontosítsák, mit értenek ezalatt a pontozási szempont alatt! A vezeték nélküli programozás technikai lehetőségeinek számát, vagy esetleg a vezeték nélküli programozással elérhető paraméterek vagy paraméterértékek számát? Amennyiben a technikai lehetőségek számára kíváncsiak, úgy külön változatnak tekintendő-e az azonos módon, de különböző bitrátaival (adatsebességgel) történő kommunikáció?

Válasz: A pontozási szempont alatt kétféle programozási lehetőség adható meg: Közeleli wireless programozás, azaz néhány méteren belül i távolságban működő wireless programozás, valamint távoli wireless programozás, azaz több km távolságban végzett wireless programozás lehetősége. Így elméletileg maximálisan három lépcsőben történhet a pontszámadás: minimális pont, fél pont és maximális pont. A különböző átviteli adatsebességek külön értékelésre nem kerülnek.

5. terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal és 6. terméksor: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) IS4-es csatlakozóval és hozzá kompatibilis sokk elektródákkal esetén.

Pontozási szempontok:

## 3. kérdés

Kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlés (db)	2	A legtöbb kondenzátor töltése alatti antitachycardia ingerlési paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet.
--	---	--

Kérjük, pontosítsák, hogy mit értenek paraméter darabszám alatt! Pl. ha az ingerlési frekvencia 25 különböző értékre programozható be, az 1 db vagy 5 db paraméternek számolandó-e?



Válasz: A kondenzátor töltés alatti ATP ingerlés paramétereit tekintetében a beállítható paraméter kategóriák száma és nem a ténylegesen beállítható paraméterek száma kerül értékelésre.

#### 4. kérdés

Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon	1	A legtöbb transztelefonikus monitorozás lehetőségét max 10%-ig ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet.
---	---	---

Helyesen értelmezzük, hogy Magyarországon már működő transztelefonos monitorozási rendszerhez való kapcsolódás lehetőségére gondol Tisztelt Ajánlatkérő?

Válasz: Helyesen értelmezzük, a Magyarországon aktív transztelefonos rendszerhez való kapcsolódási lehetőség esetén jár pont, a megajánlott transztelefonos monitorozó egységek számával arányosan.

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában közli a Tisztelt Gazdasági Szereplőkkel, hogy a **Részvételi felhívás vonatkozó részét** – figyelemmel a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében foglaltakra – megfelelően **módosította**, a **módosításról hirdetményt adott fel**, és a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **megjelenő módosításról a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatni fogja azokat a Gazdasági Szereplőket**, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.

**Budapest, 2016. augusztus 23.**

Tisztelettel,



**Gacsályi Béla**  
főosztályvezető-helyettes